



**DECLARATION OF CONFORMITY
DEKLARACJA ZGODNOŚCI**



Manufacturer's name and address:
Nazwa i adres producenta:

ASPEL S.A.
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów, POLAND

Representative:
Przedstawiciel:

ASPEL Medizinische Vertriebs GmbH
Karl Kurz-Gasse 21
2482 Münchendorf / AUSTRIA

The ASPEL S.A. herewith declares that the product
ASPEL S.A. niniejszym deklaruje, że produkt

Product name:
Nazwa produktu:

Aspekter Digital Recorder

Type:
Typ:

AsPEKT 702

Options:
Opcje:

—

is in conformity with applicable regulation:
jest zgodny ze stosownymi uregulowaniami:


Directive:
Dyrektywa:

• Medical Directive 90/269/EEC

Harmonised standards:
Normy zharmonizowane:

1. EN 60601-1 Medical electrical equipment – General requirements for safety
EN 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne – Ogólne wymagania bezpieczeństwa
2. EN 60601-1-2 Medical electrical equipment – General requirements for safety - Callateral standard
- Electromagnetic compatibility – Requirements and tests
EN 60601-1-2 Medyczne urządzenia elektryczne – Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa
- norma uzupełniająca – Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania i badania.
3. EN 60601-2-47 Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety, including
essential performance of ambulatory electrocardiographic systems
EN 60601-2-47 Medyczne urządzenia elektryczne – Szczegółowe wymagania dotyczące
bezpieczeństwa, zawierająca istotne cechy eksploatacyjne ambulatoryjnych systemów
elektrokardiograficznych.

Date: 13.05.2002
Data

Signature
Podpis

Mr Andrzej Wrześniowski
The President